

BYTE AV ELLYFTOMAT

REAL 9000 PLUS

Artikelnr:
804220
Ändrad:
2021-05-26
Giltig från:
2007-06-01

Artiklar

804369 Ellyftomat 15 cm 12V	804517 Ellyftomat 15 cm 24V	
801106 Ellyftomat 20 cm 12V	804491 Ellyftomat 20 cm 24V	(fler modeller finns)
801094 Ellyftomat 28 cm 12V	804493 Ellyftomat 28 cm 24V	

Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel (Mercadonyckeln)	800897
6 mm insexnyckel	

Utförande

Demontera stolens rygg. Lossa skruvarna (1) vid klämförband i stativ och lyft av överdelen av stolen från stativet. Vänd överdelen upp och ned så att den vilar på armstöden. Koppla ur batteriet genom att följa nedan anvisning (för 12V) eller dokument "Fäste för styrsystem 24 V" på vår hemsida (för 24V). Demontera sitsen genom att lossa skruvarna i sittkrysset (2). Lossa skruvarna på sittkryssets ovansida som är fästa i ellyftomaten (3). Använd 4st M8x16 skruvar för att montera sittkryssets ovandel i ellyftomaten (3). **OBS! Använd Loctite 243 eller motsvarande för att säkra skruvarna.** Återmontera sitsen i sittkrysset med skruvarna för sittkrysset (2). Montera och koppla in batteriet igen genom att följa nedan anvisningar (för 12V) eller dokument "Fäste för styrsystem 24 V" (för 24V). Vänd överdelen av stolen rätt och för ned ellyftomaten i stativets centralrör. Rikta överdelen i stolens färdriktning och drag sedan åt skruvarna (1) ordentligt med 6 mm insexnyckel. Avståndet mellan ellyftomatens underdel och golvet ska vara 30 mm.

Montering/demontering av 12-Voltsystem

Lossa batteriremmen och därefter batteriets anslutningar. Lossa reläkortsboxen från ellyftomatens aluminiumhus genom att skjuta av den från fästet på ellyftomatens hus. Skruva loss reläkortsboxfästet från ellyftomaten. Byt ellyftomaten. Skruva fast reläkortsboxfästet på den nya ellyftomaten. Fäst reläkortsboxen på ellyftomatens hus genom att skjuta på den. Fäst batteriremmen och därefter batteriets anslutningar. Placera batteriet innanför styrvinklarna på sittkrysset. Anslut med svart kabel till batteriets minuspol och röd kabel till batteriets pluspol (A)

