

	<p><b>BEDIENUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG</b></p>	
	<p><b>+ REAL® 9000 PLUS KIND</b></p> <p><b>HMV-Nr. 26.11.05.0040</b></p>	<p>Letzte Änderung 2020-12-04</p> <p>Gültig ab 2007-06-01</p>

Standard z.B.:

- Untergestell mit Bremse
- Sitzpolster EMP
- Armlehnen
- Seitenpolster  
(auch ohne Lieferbar)
- Velours Bezug

Optional z.B.:

- Fußbrett Zentral
- Bedienhebel unter der  
Armlehnen



Standard z.B.:

- Rückenlehne
- Armlehnen
- Seitenkissen 15x8

Optional z.B.:

- Sitzpolster EM
- Schiebegriffe
- Seitenpelotten
- Kopfstütze
- Sonder-Bezug
- H-Rahmen mit  
Bremse

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Mercado REAL Stuhl!**

**Vielen Dank für Ihr Vertrauen.**

**Ihr Mercado Medic Deutschland Team**

**LERNEN SIE IHREN REAL 9000 PLUS KIND KENNEN –**

**BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGS- UND**

**PFLEGEANLEITUNG DURCH, BEVOR SIE DEN STUHL NUTZEN.**

# INHALT

<b>ALLGEMEIN:</b>	<b>Seite</b>
ANWENDUNGSBEREICH / INDIKATION	3
CE-ZERTIFIZIERUNG & WIEDEREINSATZ	3
VORAUSSICHTLICHE LEBENSDAUER	4
TECHNISCHE DATEN	5
STANDARD-LIEFERUMFANG & <u>INSPEKTIONSHECKLISTE VOR DER BENUTZUNG DES STUHL</u>	6
WICHTIGE INFORMATIONEN UND KLASSIFIKATION	7
LAGERUNG UND REINIGUNG	7
WARTUNGSHINWEISE	7
RICHTLINIEN für INDIVIDUELLE ANPASSUNG DES MERCADO MEDIC PRODUKTS	11
<b>EINSTELLUNGEN UND BEDIENUNG:</b>	
BEDIENUNG DER BREMSE	12
BREMSSYSTEM	12
SITZHÖHENEINSTELLUNG	12
ANBRINGEN DER RÜCKENLEHNE	13
EINSTELLEN DER RÜCKENLEHNE	13
EINSTELLEN DER ARMLEHNE & DES SEITENKISSENS	14
EINSTELLEN DES ZENTRALEN FUßBRETTS	14
SITZWINKELFUNKTION (STANDARDKONFIGURATION für HMV-Nr. 26.11.05.0040)	15
<b>OPTIONALES ZUBEHÖR:</b>	
EINSTELLEN DES KLEINEN ZENTRALEN FUßBRETTS	15
EINSTELLEN DER MEDIC BEIN- UND FUßSTÜTZE	16
EINSTELLEN DER MEDIC WADENSTÜTZE	16
EINSTELLEN DER MEDIC KNIESTÜTZE	16
EINSTELLEN DER KOPFSTÜTZE	17
SITZDREHUNG	17
EINSTELLEN VON ARTHRODESE-SITZELEMENTEN	18
MONTIEREN UND EINSTELLEN VOM ABDUKTIONSKIEL	18
MONTIEREN UND EINSTELLEN DER SEITENPELOTTE	19
MONTIEREN UND EINSTELLEN DES HÜFTGURTS	19
MONTIEREN UND EINSTELLEN DES BRUSTGURTS	19
MONTIEREN UND EINSTELLEN DER FLEXIBLEN SITZHOSE & DES TISCHES	20

## ANWENDUNGSBEREICH / INDIKATION

Der REAL 9000 PLUS KIND ist ein Kinder-Therapiestuhl zum Positionieren und/oder Trippeln, mit einer SitzhöhenEinstellung per Gasdruckfeder für den Innenbereich auf ebenem Untergrund.

### INDIKATIONEN

Verschiedene Muskelkrankheiten, wie z.B. Muskeldystrophie, Muskeldysplasie. Sitzproblematik durch Lähmungen oder erhebliche Kraftminderung der Rumpfhaltemusculatur, so das ein aufrechtes Sitzen ohne umfassende Unterstützung nicht möglich ist oder zu Fehlhaltung, Deformierung und Schmerzen führt. Bewegungseinschränkungen, Deformationen des Körpers, der Rumpfmuskulatur oder der Extremitäten.

Die Indikation für den Stuhl mit elektrischer SitzhöhenEinstellung (EL) sind starke Einschränkungen beim Aufstehen oder die Unfähigkeit eigenständig aufzustehen. Die medizinische Notwendigkeit zur Verordnung von Kinder Therapiestühlen mit Sitzsystemen kann gegeben sein bei:

- Alle muskeldystrophische Erkrankungen
- Alle dysphasischen Muskelerkrankungen
- Alle Neurologische Erkrankungen sowie alle Deformierungen der unteren und oberen Extremitäten bedingt durch Krankheitsbilder die solche Nebenerkrankungen mit sich führen.

### KONTRAINDIKATIONEN

Vor einer Versorgung sollten Sie mit Ihrem/Ihrer Arzt /Ärztin abklären, ob Kontraindikationen bestehen.

## CE-ZERTIFIZIERUNG

Der REAL 9000 PLUS Kind-Stuhl hat die CE-Zertifizierung gemäß den schwedischen

Vorschriften für medizintechnische Produkte LVFs 2003:11.

## WIEDEREINSATZ

Der REAL 9000 PLUS KIND ist, nach Reinigung und Inspektion durch einen von uns autorisierten Fachhändler, im vollen Umfang zum Wiedereinsatz geeignet.

## VORAUSSICHTLICHE LEBENSDAUER

Bei ordnungsgemäßer Verwendung gemäß dieser Bedienungsanleitung beträgt die voraussichtliche Lebensdauer des Produkts 10 Jahre. Das Herstellungsdatum des Produkts ist zusammen mit der Seriennummer auf einem der silberfarbenen Etiketten mit der Kennzeichnung Lev/Del auf dem Untergestell des Produkts im Format „JJWW“ (Jahr und Kalenderwoche) angegeben.

Wenn das Produkt nicht mehr so gut oder anders als gewohnt funktioniert, sollten sich Anwender des Produkts an die verschreibende oder für Hilfsmittel zuständige Stelle oder den jeweiligen Händlerbetrieb wenden.

Nach Ablauf der voraussichtlichen Lebensdauer ist es wichtig, das Produkt vor der weiteren Verwendung einer Gesamtbeurteilung zu unterziehen. Nach Ablauf der voraussichtlichen Lebensdauer kann Mercado Medic AB die Eignung und Sicherheit des Produkts nicht mehr garantieren, da das Unternehmen keinerlei Kontrolle über Verwendung und Verschleiß des Produkts hat.

Wenn das Produkt verschrieben wurde, ist eine solche Gesamtbeurteilung des Produkts von der Pflegeorganisation durchzuführen. Folgende Punkte sind dabei mindestens zu berücksichtigen: Verwendung des Produkts, Zustand des Produkts und seiner Bauteile, ggf. durchgeführte Überholungs- und Wartungsarbeiten und deren Zeitpunkt sowie ergriffene Maßnahmen und deren Grund.

Wenn das Produkt außerhalb von Schweden und Norwegen direkt vom Händler an den Endanwender verkauft wurde und daher eine verschreibende Stelle fehlt, ist neben der oben beschriebenen Gesamtbeurteilung eine regelmäßige Wartung gemäß dem Abschnitt **Wartungshinweise** durchzuführen.

Nach Ablauf der voraussichtlichen Lebensdauer kann Mercado Medic AB die Verfügbarkeit von Ersatzteilen nicht mehr garantieren. Auf die CE-Kennzeichnung hat die voraussichtliche Lebensdauer keinen Einfluss.

## TECHNISCHE DATEN

**REAL 9000 PLUS KIND**

Abmessungen des Rahmens\* ohne Beinstützen. 43 x 53 cm (BXT)

Gesamthöhe mit niedriger Rückenlehne ca. 60 cm

Einstellungsmöglichkeiten von: Sitzhöhe, Rückenlehnen Neigung / Rückenpolsterposition, Armlehnenhöhe, Bremshebel rechts oder links und eine Breitereinstellung. *Sonstige Einstellungsmöglichkeiten sind abhängig von der Zusammenstellung des Stuhls.*

**STANDARKONFIGURATION für HMV-Nr. 26.11.05.0040 :**

Sitzhöhe	wählbar hoch 40-60 cm oder niedrig 32-46 cm
Sitzbreite	29 cm, optional wählbar: 33,36,40,44 und 48 cm
Sitzbreite Arthrodesse Sitzpolster	optional wählbar: 40, 44 und 48 cm**
Sitztiefe	32cm, optional wählbar: 35, 39, 43, 48 und 53 cm**
Sitzwinkel	Sitzneigungsverstellung +0° nach vorne / -23° nach hinten (Inklusive Rahmenverlängerung) Bedienung per Gasfeder unter der Sitzfläche. Bei dieser Option ist auch eine Sitzneigungsverstellung von +15 bis -8 oder +8 bis -15 einstellbar (siehe Seite 13)
Rückenlehnenpolster-Breite	30 cm, optional wählbar: 25,27,33,35,38,40,42 und 46 cm
Rückenlehnenpolster-Höhe	26 cm, optional wählbar: 20,22,34,36 und 43 cm
Rückenlehnen-Höhe	Verstellbereich: 14 cm (Standard), 9 cm (Medic)
Rückenlehnen Winkel	Von -10° bis +32°, Bedienung optional wählbar siehe Anpassbogen
Armlehnen Höhe	bis 23 cm Einstellbar
Max. Nutzergewicht ergibt sich wahlweise über die Gasdruckfeder	Bis 55 Kg oder von 55Kg bis 90 Kg
Gewicht des Standard Produktes	27 Kg inkl. Beinstütze (3 Kg)

**Alle Angaben verstehen sich für das Produkt in der STANDARKONFIGURATION für HMV-Nr. 26.11.05.0040!**

Polstermaterial Armauflagen	Polyurethan
Polstermaterial Sitzpolster	Polyurethanpolymer
Polstermaterial Rückenlehne	Polyurethanpolymer
Rahmen	Stahlrohr EN 10305-3, Pulverbeschichtet schwarz

\* Gemessen von Rohrmittle zur Rohrmittle; Abhängig vom z.B. Sitzpolster und den Armlehnen wird der Stuhl ggf. größer.

\*\* Standard sind nicht alle Sitzbreiten und Sitztiefen kombinierbar, siehe Preisliste. Andere Sitzgrößen auf Anfrage

## STANDARD-LIEFERUMFANG REAL 9000 PLUS KIND

- Untergestell mit 4 Rollen XL 100 mm und Bremse
- Sitzpolster 29 x 32 cm (BxT) Ergomedic PLUS
- Sitzwinkerverstellung einstellbar zwischen Werten v. +8 und -15° / +15 und -8° / 0° und -23°, Bedienung per Gasdruckfeder unter der Sitzfläche rechts oder links
- Rückenlehne hoch 33 x 36 cm Ergomedic
- Rückenlehnenverstellung Standard (Lehnenwinkel, Stützwinkel, Höhe: manuell einstellbar)
- Veloursbezug
- Armlehnen 25 cm, schwarzes Kunstleder
- Seitenkissen 15 x 8 / 28 x 8 cm inkl. Befestigung
- Sitzhöhenverstellung per Gasdruckfeder bis 55 Kg, wählbar hoch 40-60 cm oder niedrig 32-46 cm, Bedienung unter der Sitzfläche rechts oder links
- Fußbrett zentral, hochklappbar, L, 30 - 38 cm (B x T: 25 x 18 cm)

Das Sitzpolster, die Rückenlehne und die Armlehnen sind in verschiedenen Maßen und Ausführungen lieferbar. Optional sind auch individuell angefertigte Sitzelemente und weiteres Zubehör erhältlich.  
Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Website

## INSPEKTIONSHECKLISTE VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES STUHL

- ✓ Stellen Sie die Armlehnen auf die richtige Höhe ein.
- ✓ Befestigen Sie die Rückenlehne und verriegeln Sie den Knopf für die Höheneinstellung der Rückenlehne.
- ✓ Alle Gewindeschrauben müssen auf Festsitzen geprüft werden.
- ✓ Montieren die den Bremshebel (links oder rechts). Nicht bei der elektrische Bremse.
- ✓ Beim Aufstehen oder Hinsetzen muss die Bremse des Stuhls arretiert sein.

### Bei elektrische Funktionen:

- ✓ Ziehen Sie den roten Transportschutz von der Ladebuchse
- ✓ Laden Sie den Stuhl lt. Bedienungsanleitung auf

## INSPEKTIONSHECKLISTE VOR JEDER BENUTZUNG DES STUHL

- ✓ Allgemeine Sichtkontrolle:  
**Benutzen Sie niemals ein Gerät, das sich nicht in einwandfreiem Zustand befindet.**
- ✓ Überprüfen Sie die Feststellbremse auf Funktion.
- ✓ Beim Aufstehen oder Hinsetzen muss die Bremse des Stuhls arretiert sein.
- ✓ Folgen Sie den Wartungshinweisen, siehe betreffendes Kapitel.
- ✓ Alle Verbindungsteile sind nachzuziehen und zu sichern.

### Bei elektrische Funktionen:

- ✓ Laden Sie den Stuhl lt. Bedienungsanleitung auf

## WICHTIGE INFORMATIONEN UND KLASSIFIKATION

*Der REAL 9000 PLUS KIND-Stuhl verfügt über viele Teile, Zubehör und Funktionen, die nach Bedarf individuell eingestellt werden. Der Stuhl sollte nur von der Person und für den Zweck, für den er ursprünglich bestimmt war, verwendet werden.*

Der REAL 9000 PLUS KIND:

- ist nach der EMV-Richtlinie EN 60601-1-1 und EN 60601-1-2 geprüft und zugelassen. Die EMV-Anlage kann unter <http://www.mercado.se/pdf/swe/3/emc.pdf> heruntergeladen werden.
- entspricht der Schutzklasse II, interne Batterie.
- ist in Kategorie B eingestuft.
- muss in der richtigen Verpackung auf einer Palette transportiert werden.
- darf nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder Chemikalien in Berührung kommen.
- Hohe Temperaturen, sowie intensive Sonneneinstrahlung oder ähnliches sollte vermieden werden.
- ist nicht unter 10° Raumtemperatur aufzubewahren.
- ist nur mit Ersatzteilen oder Zubehöerteilen von Mercado Medic zugelassen.
- Ist für ein maximales Nutzergewicht von 0-55 Kg oder 55-90 Kg zugelassen, abhängig von

der Wahl der Gasdruckfeder. Kontaktieren Sie Mercado Medic, wenn Sie den Stuhl für schwerere Benutzer anpassen möchten.

- darf nicht gefahren werden, wenn sich die Sitzhöhe in der erhöhten Position befindet.

Von einer übermäßigen Nutzung der elektrischen Funktionen ist abzusehen (max. 6 min/h). Bei größerer Auslastung können Defekte entstehen.

Wenn der Stuhl mit einer Sitzwinkelverstellung ausgestattet ist, muss diese Einstellung beim Aufstehen und Hinsetzen arretiert sein.

Reparaturen und andere technische Arbeiten dürfen nur durch von Mercado Medic autorisierte Personen durchgeführt werden.

Dieses Symbol warnt vor einer Gefahr des Einklemmens.



## LAGERUNG UND REINIGUNG

Lagern Sie den Stuhl bei Nichtgebrauch in einer trockenen Umgebung bei Zimmertemperatur. Vermeiden Sie hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht.

Das Untergestell sollte sauber und staubfrei gehalten werden. Zum Desinfizieren Benutzen Sie bitte das Desinfektionsmittel Biguanid Fläche N von der Firma Dr. Schumacher. Führen Sie eine Wischdesinfektion regelmäßig durch. Sprühen sie das Untergestell vor, und anschließend trocken wischen mit einem Sauberen Tuch. nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder Chemikalien reinigen da sonst Beschädigungen entstehen könnten.

Das Velourpolster kann mit Schaumreiniger gereinigt werden:

- Entfernen Sie losen Schmutz aus dem Gewebe.
- Tragen Sie eine dünne Schicht handelsüblichen Schaumreiniger auf und reiben Sie ihn mit einem feuchten Tuch gleichmäßig ein.
- Wischen Sie mit einem sauberen, feuchten Tuch nach; maximal 30° Wassertemperatur.
- Nachdem der Stuhl getrocknet ist, gut absaugen.

Das Sitzpolster, die Rückenlehne und andere gepolsterten Teile sind aus funktionalen Gründen aus atmungsaktivem und wasserdurchlässigem Material. Für den Wiedereinsatz des Hilfsmittel, oder bei starken Verschmutzungen, empfehlen wir das gesamte Polsterelement zu erneuern, da nur in

## REAL® 9000 PLUS KIND (EL)

diesem Fall eine 100% Hygiene gewährleistet werden kann.

Unsere, auf Anfrage erhältliche Inkontinenzbezüge sind bis 60° Waschbar, NICHT in der Zentrifuge und NICHT im Trockner belegen, hier könnten Materialschäden entstehen!

Das Kunstlederpolster kann mit einem Nassen Tuch abgewischt werden bei einer Wassertemperatur bis 30°, und im Anschluss mit Desinfektionsmittel

Biguanid Fläche N von der Firma Dr. Schumacher, wie beim Untergestell bearbeitet werden. Beim Wiedereinsatz des Hilfsmittel oder starken Verschmutzungen, empfehlen wir das Polsterelement komplett zu erneuern.

Falls der Stuhl mit elektrischen Einstellungen ausgestattet ist und über einen Monat nicht benutzt wird, sollte die Batterie abgeklemmt werden.

## WARTUNGSHINWEISE

Wichtige Informationen zur Wiederinstandsetzung und Wartung von REAL 9000 PLUS KIND (im Folgenden das „Produkt“):

- Wenn eine verschreibende Pflegeorganisation für das Produkt verantwortlich ist, bedarf das Produkt keiner regelmäßigen Wartung. Wenn das Produkt außerhalb von Schweden und Norwegen direkt vom Händler an den Endanwender verkauft wurde und daher eine verschreibende Stelle fehlt, ist während der gesamten Lebensdauer des Produkts alle zwei Jahre eine Wartung gemäß den Punkten 1-10 in diesem Abschnitt durchzuführen.
- Bei Service und Instandhaltung ist eine gründliche Sichtprüfung der Hauptkomponenten des Produkts durchzuführen, damit die Sicherheit des Endanwenders gewährleistet ist. Diese umfasst Untergestell, Hubvorrichtung, Sitzkreuz, Rückenlehnenneigung sowie die Breiteneinstellung für die Armlehnen. Zu kontrollieren sind Schweißverbindungen, arretierbare Funktionen und Einstellungen.
- Es ist dem Benutzer untersagt, während der Wiedereinsatz-, Instandsetzungs- oder Wartungsarbeiten auf dem Produkt zu sitzen.
- Bei der Reinigung des Produkts keinen Hochdruckreiniger verwenden.
- Bei der Überprüfung des Untergestells ist die Schweißnaht zwischen vorderen und hinteren Beinen zu kontrollieren. Jegliche Anzeichen von Rissen im Material oder in der Farbe in diesem Bereich sind als Grund anzusehen, das Gestell oder das Produkt zu ersetzen.
- Wenn das Produkt eine schlechte Bremsleistung hat, sollte neben dem Zustand der Bremsfüße auch die Balance des Untergestells überprüft werden. Steht das Produkt bei nicht angezogener Bremse nicht auf allen vier Rollen, ist das Produkt sofort außer Betrieb zu nehmen. Ein eventuelles Ungleichgewicht an mehreren Stellen und in mehreren Richtungen überprüfen, um auszuschließen, dass das Ungleichgewicht auf den Untergrund zurückzuführen ist.

## 1. Elektronikeinheit

### 1.1 Elektronik / Funktion / Reinigung

Elektronik überprüfen und kontrollieren, welche elektrischen Funktionen angeschlossen sind. Die elektrischen Funktionen testen. Wenn der Stuhl nicht funktioniert, versuchen das Problem zu lösen, indem das Ladegerät mindestens 10 Sekunden lang angeschlossen wird. Die Elektrobox auf Schäden prüfen.

### 1.2. Bedieneinheit / Funktion / Reinigung

Die Funktionen der Bedienelemente überprüfen und kontrollieren, ob das Gehäuse unbeschädigt ist und alle Tasten funktionieren. Die Bedienelemente mit einem leicht mit Desinfektionsmittel befeuchteten Tuch abwischen, um eine eventuelle Ansteckungsgefahr zu minimieren. Lösungsmittel, Bleichmittel, Polituren, synthetische Reiniger, Polierwachs oder Sprays dürfen nicht am Stuhl verwendet werden.

### 1.3. Kontakte, Befestigung

Kontrollieren, ob Kabel und Anschlüsse unbeschädigt und sicher befestigt sind. Darauf achten, dass Kabel und Anschlüsse nicht eingeklemmt werden können.

### 1.4. Akkus / Ladegerät / Funktion

Kontrollieren, ob das Ladegerät funktioniert und dessen Gehäuse und Kabel nicht beschädigt sind.

Die Akkus messen und kontrollieren, dass der Ladestand der Akkus nicht zu stark abweicht. Dies würde auf eine kaputte Akkuzelle hindeuten.

### 1.5. Elektrische Sitzwinkelfunktion

Bei Stühlen mit einer elektrischer Sitzwinkelfunktion kontrollieren, dass die Elektrobaugruppe keine sichtbaren Schäden aufweist. Die beweglichen Teile der Elektrobaugruppe auf deren Funktion überprüfen. Sicherstellen, dass alle Feststellschrauben angezogen sind und in der Endposition kein Spiel auftritt.

### 1.6. Elektrische Rückenlehnenfunktion

Kontrollieren, dass die Elektrobaugruppe keine sichtbaren Schäden aufweist. Die beweglichen Teile der Elektrobaugruppe auf deren Funktion überprüfen. Sicherstellen, dass alle Feststellschrauben angezogen sind und in der Endposition kein Spiel auftritt.

### 1.7. Elektrische Bremse / Funktion

Kontrollieren, dass die Elektrobaugruppe keine sichtbaren Schäden aufweist. Die beweglichen Teile der Elektrobaugruppe auf deren Funktion überprüfen. Sicherstellen, dass alle Feststellschrauben angezogen sind und in der Endposition kein Spiel auftritt.

Alle Verbindungen überprüfen und kontrollieren, dass die Klemmhalterung an Bremswelle und Untergestellrohr fest sitzt.

## 2. Elektrische Hubsäule Ellyftomat

### 2.1. Dissonanzen / Rutschkupplung

Auf ungewöhnliche Geräusche aus der elektrischen Hubsäule achten. Elektrische Hubsäule auswechseln, wenn sich ein Lager in schlechtem Zustand befindet. Die elektrische Hubsäule kann zur Reparatur/Wiederinstandsetzung an Mercado Medic AB geschickt werden.

Stuhl belasten und kontrollieren, dass die elektrischen Hubsäule in der untersten Position nicht rutscht. Andernfalls ist die Rutschkupplung auf das richtige Drehmoment einzustellen.

### 2.2. Rotationsverriegelung / Schmierung

Kontrollieren, dass die elektrische Hubsäule in Rotationsrichtung kein Spiel hat. Andernfalls die elektrische Hubsäule auswechseln. Die elektrische Hubsäule kann zur Reparatur/Wiederinstandsetzung an Mercado Medic AB geschickt werden.

### 2.3. Befestigung / Nachziehen

Kontrollieren, dass die Befestigungen am Sitzkreuz und Untergestell sicher angezogen sind.

### 2.4. Verkabelung / Verschleiß

Kabel auf Verschleiß und Schäden durch Quetschungen prüfen.

## 3. Untergestell

### 3.1. Schweißverbindungen

Alle Schweißverbindungen sorgfältig auf Anzeichen von Rissen, Korrosion, Bewegung usw. prüfen.

### 3.2. Schraubverbindungen

Alle Schraubverbindungen prüfen und anziehen. Alle Schrauben mit Schäden an Schlüsselgriff oder Gewinde austauschen.

## 4. Bremsen

### 4.1. Funktion / Verschleiß

Bremsfüße auswechseln und kontrollieren, ob die Bremse zufriedenstellend funktioniert.

### 4.2. Kunststoffstecker / Führungsbuchsen

Sicherstellen, dass Führungsbuchsen und Kunststoffstecker sicher befestigt sind. Verschlossene oder beschädigte Teile auswechseln.

## 5. Lenkrollen

### 5.1. Funktion / Rolle / Schwingung

Die Rollen von Staub und Haaren befreien und Lenkrollen und -rahmen auf Verschleiß und Spiel überprüfen (dies kann auf einen schlechten Zustand der Lager hinweisen). Sicherstellen, dass sich die Lenkrollen drehen und die Rahmen ordnungsgemäß rotieren. Lenkrollen bei Bedarf auswechseln.

### 5.2. Befestigung / Nachziehen

Prüfen, ob die Schrauben der Lenkrollen unbeschädigt und angezogen sind.

## 6. Sitzrahmen

### 6.1. Mechanik / Schweißverbindungen

Alle geschweißten Teile sorgfältig prüfen (insbesondere an der Aufhängung der Sitzwinkelfunktion, da diese Teile am stärksten beansprucht werden).

### 6.2. Schraubverbindungen / Nachziehen

Alle Schraubverbindungen prüfen und anziehen. Alle Schrauben mit Schäden an Schlüsselgriff oder Gewinde austauschen.

### 6.3. Kunststoffstecker / Führungsbuchsen

Sicherstellen, dass Führungsbuchsen und Kunststoffstecker sicher befestigt sind. Verschlossene oder beschädigte Teile austauschen.

### 6.4. Sitzpolster / Austausch / Reinigung

Sitzfläche ersetzen und eventuelle Bezüge waschen oder austauschen.

### 6.5. Bedienung / Schmierung

Prüfen, ob die Handschrauben und Drehknaufe des Sitzkreuzes funktionieren und richtig verriegeln.

### 6.6. Sitzwinkelfunktion per Gasfeder

Bei Stühlen mit einer Sitzwinkelfunktion per Gasfeder prüfen, ob eine ordnungsgemäße Arretierung erfolgt und bei Belastung keine allmähliche Veränderung der Verriegelung eintritt. Kabel und Kabelhüllen prüfen und bei Schäden austauschen.

### 6.7. Sitzwinkelfunktion per Drehspindel

Bei Stühlen mit einer Sitzwinkel-Einstellung per Drehspindel prüfen, ob kein Spiel besteht und alle Schrauben angezogen sind.

### 6.8. Arthrodesemechanik / Bedienung

Sicherstellen, dass sämtliche Handschrauben für die Arthrodesese-

Sitzelemente leichtgängig und sicher mit Kontermuttern befestigt sind.

## 7. Rückenlehnenfunktion

### 7.1. Funktion / Verschleiß

Teile auf Verschleiß prüfen und ggf. austauschen. Bewegliche Teile auf deren Funktionsfähigkeit prüfen.

### 7.2. Befestigung / Nachziehen

Sicherstellen, dass alle Schrauben, Handschrauben und Drehknaufe für eine sichere Arretierung sorgen. Prüfen, ob die Federschnäpper fehlerfrei funktionieren.

### 7.3. Kunststoffstecker / Führungsbuchsen

Sicherstellen, dass Führungsbuchsen und Kunststoffstecker sicher befestigt sind. Verschlossene oder beschädigte Teile austauschen.

### 7.4. Rückenpolster / Austausch / Reinigung

Rückenpolster ersetzen und eventuelle Bezüge waschen oder austauschen.

### 7.5. Gasfedersteuerung / Funktion

Gasdruck und Stabilität der Gasfeder überprüfen und sicherstellen, dass die Gasfeder für eine sichere Arretierung sorgt und sich die Position der Rückenlehne bei Belastung nicht allmählich verändert. Kabel und Kabelhüllen prüfen und bei Schäden austauschen.

## 8. Armlehnen

### 8.1. Funktion / Verschleiß

Teile auf Verschleiß prüfen und ggf. austauschen. Bewegliche Teile auf deren Funktionsfähigkeit und Arretierung prüfen.

### 8.2. Kunststoffstecker / Führungsbuchsen

Sicherstellen, dass Führungsbuchsen und Kunststoffstecker sicher befestigt sind. Verschlossene oder beschädigte Teile austauschen.

### 8.3. Armlehnenpolster / Austausch / Reinigung

Armlehnenpolster austauschen.

### 8.4. Armlehnenmechanik / Funktion

Alle Schweißverbindungen überprüfen und sicherstellen, dass das Rohrsystem frei von Schäden ist. Andernfalls kann sich dies nachteilig auf die Konstruktion auswirken.

## 9. Zubehör

### 9.1. Wiederherstellung

Zubehör, das normalerweise nicht am Stuhl angebracht ist, demontieren und wie unten beschrieben kontrollieren, bevor es eventuell im Lager wieder instand gesetzt wird.

### 9.2. Mechanik

Alle Schweißverbindungen überprüfen und sicherstellen, dass die Mechanik frei von Schäden ist. Andernfalls kann sich dies nachteilig auf die Konstruktion auswirken.

### 9.3. Funktion / Verschleiß

Teile auf Verschleiß prüfen und ggf. austauschen. Bewegliche Teile auf deren Funktionsfähigkeit und Arretierung prüfen.

### 9.4. Polsterteile

Polsterteile entsorgen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Bezüge entsorgen oder gemäß den Pflegehinweisen waschen.

## 10. Endkontrolle

### 10.1. Funktionstest

Die Funktionen des Stuhls testen und sicherstellen, dass sämtliche Funktionen, elektrischen Funktionen und Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Wenn der Stuhl gelagert werden soll, den Stuhl mit dem hierfür vorgesehenen 9-V-Adapter in den Ruhemodus versetzen, um die Akkus zu schonen.

Die Anpassungen dürfen nur von Personal durchgeführt werden, das die entsprechenden Schulungen von Mercado Medic AB bezüglich Instandhaltung und Wiederinstandsetzung absolviert hat. Produkte, die sich auf der Liste der genehmigten Produktkombinationen befinden ([www.mercado.se/mercado-dokument](http://www.mercado.se/mercado-dokument)) dürfen unter Beibehaltung der an Mercado Medic AB erteilten CE-Kennzeichnung montiert werden.

Bei Produkten, die sich nicht auf der Liste der erlaubten Produktkombinationen befinden, muss das entsprechend autorisierte Personal des Kunden zuvor eine schriftliche Genehmigung von Mercado Medic AB einholen.

Die Produkte müssen entweder vom Kunden oder vom Hersteller des betreffenden Produkts zur Bewertung an Mercado Medic AB gesendet werden. Mercado Medic AB bittet dann den Hersteller des Produkts um Stellungnahme, ob eine Kombinationsvereinbarung in Frage kommen würde, und führt eine Risikoanalyse durch. Nach Durchführung der Risikoanalyse erhält der Kunde ein schriftliches Gutachten.

Stühle, die einer wie unten beschriebenen Veränderung unterzogen werden, müssen von Mercado Medic AB verifiziert werden, damit Mercado Medic AB weiter die Produkthaftung obliegt.

- Polsterteile wie Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen, Seitenstützen, Seitenpelotten und Kopfstütze dürfen angepasst werden, sofern die am Produkt angegebenen max. Einstellungen nicht überschritten werden.
- Der Schwerpunkt über der Hubvorrichtung ist im Sinne einer guten Funktionsweise beizubehalten/zuzentrieren.
- Polsterteile müssen geltende Anforderungen bezüglich Entflammbarkeit und andere Umwelanforderungen erfüllen.
- Flächen, die mit wesentlichen vertikalen Kräften belastet werden, dürfen sich nicht außerhalb der Fläche (Basis) befinden, die von den Rollenmittelpunkten gebildet wird.

Wenn diese Richtlinien erfüllt werden, haftet Mercado Medic AB weiterhin für sein Produkt.

Für Produkte, die nicht gemäß der Richtlinie von Mercado Medic AB angepasst werden, haftet Mercado Medic AB nicht. Änderungen sind von einem Techniker vorzunehmen, der von Mercado Medic AB autorisiert ist. In diesem Fall haftet Mercado Medic AB für sein Produkt gemäß CE-Kennzeichnung und der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

Bei Fragen zu Anpassungen/Spezialanpassungen wenden Sie sich bitte an Ronny Fogelqvist:

Tel. +46 (0)708 27 96 14

E-Mail [ronny.fogelqvist@mercado.se](mailto:ronny.fogelqvist@mercado.se)

## BEDIENUNG DER BREMSE

**ACHTUNG!!!!**




Die Bremse des Stuhls muss beim Aufstehen und sich Hinsetzen immer arretiert sein. Die Bremse muss regelmäßig überprüft werden. Bei Verschleiß des Bremsfußes, muss das Gummi ersetzt werden.

### ES GIBT DREI BREMSSYSTEME

Handbremse, Fußbremse und elektrische Bremse.

### BEDIENUNG

1. Bremse PLUS-Rahmen 48: Hebel nach vorne drücken
2. Bremse PLUS-Rahmen 43: Hebel nach vorne oder Fußbremse nach unten drücken
3. Elektrische Bremse: Taste drücken



## BREMSSYSTEM

Unser Bremssystem funktioniert wie folgt: durch das Betätigen des Bremshebels oder der elektrischen Bremse, bockt das Untergestell sich auf seinen Bremsfüßen auf. Dadurch werden die beiden hinteren Räder entlastet und der Stuhl steht stand- und kippstabil gebremst.

Die Unterschiede bei den Bremshebeln betreffen nur den Bedienkomfort, die Bremswirkung bleibt gleich.



## SITZHÖHENFUNKTION

Es gibt zwei Varianten der Sitzhöhenfunktion:

Mit Gasdruckfeder einstellbar oder elektrisch verstellbar. Bei beiden ist eine Standardhöhe (hoch) und eine niedrige Grundeinstellung wählbar. Der Bedienhebel der Gasfeder kann unter dem Sitz oder unter der Armlehne angeordnet werden. Die Bedienung der elektrischen Steuerung ist standardmäßig unter der Armlehne.

Die SitzhöhenEinstellung erfolgt stufenlos, beim REAL 9000 PLUS KIND per Gasfeder.

**ACHTUNG!** Leichte Personen brauchen bei der Verstellung per Gasfeder ggf. Hilfe beim Heben und Senken der Sitzhöhe.




### BEDIENUNG

1. SitzhöhenEinstellung per Gasdruckfeder, wird betätigt, indem Sie den Hebel langsam hochziehen. Zum Höher stellen soll der Stuhl entlastet, zum runter stellen belastet werden.

## ANBRINGEN DER RÜCKENLEHNE

Um die Rückenlehne anzubringen, drücken Sie den Sicherheitsstift (3) und schieben Sie das Rohr in den Rückenlehnen-Einstellmechanismus (2) hinein.

Um die Rückenlehne zu entfernen, drücken Sie den Sicherheitsstift (3) und schieben Sie das Rohr aus dem Rückenlehnen-Einstellmechanismus (2) heraus.



Arretieren Sie die Rückenlehne durch das Anziehen der Sterngriffschraube (4).


## EINSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

Es gibt vier Arten von Rückenlehnenfunktionen: Standard, Medic, Komfort und Elektrisch. Alle sind als hohe oder niedrige Ausführung lieferbar (alle abgebildeten Stühle haben die niedrige Ausführung).

### BEDIENUNG

1. Höheneinstellung
2. Neigungseinstellung der Rückenlehne

Um die Neigung des Rückenpolsters zu variieren, lösen Sie den Schnellspanner (3), positionieren Sie das Polster im gewünschten Winkel und ziehen Sie den Schnellspanner (3) an.




Standard


Um die Höhe der Rückenlehne zu variieren, lösen Sie die Sterngriffschraube (1), positionieren Sie die Rückenlehne auf der gewünschten Höhe und ziehen Sie die Sterngriffschraube (1) an.

Um die Neigung der Rückenlehne zu ändern, lösen Sie die Schraube (2) oder nutzen Sie bei der Komfort-Variante den Bedienehebel der Gasfedereinstellung (2).

Bei der Medic-Variante können Sie durch Lösen der Sterngriffschraube (4) die Sitztiefe einstellen. Ziehen Sie in der gewünschten Position die Sterngriffschraube (4) wieder an.



Medic (Optional)



Komfort (Optional)


Alle Rückenlehneeeinstellfunktionen haben separate Sterngriffschrauben für Höhen-, Tiefen- und Neigungseinstellung. Der Medic-Mechanismus ist extra in der Tiefe einstellbar.

3. Neigungseinstellung des Rückenpolsters
4. Tiefeinstellung

### ACHTUNG!

**Stellen Sie bei dem Medic-Mechanismus sicher, dass die Rückenlehne maximal bis zur Sicherung herausgezogen ist (5)!**

Wenn der Stuhl mit einem elektrischen Rückenlehne-Einstellmechanismus ausgestattet ist, kann der Rückenwinkel über den Schalter unter der Armlehne eingestellt werden




Elektrisch (optional)


## EINSTELLEN DER ARMLEHNE

Sie können die Armlehnen-Position in Höhe und Breite einstellen. Wenn der Stuhl mit klappbaren Armlehnen ausgestattet ist, können diese heruntergeklappt werden. Zum Herausnehmen der

Standardarmlehne, lösen Sie die Schraube (1), drücken Sie den silberfarbenen Sicherheitsstift unten am Armlehnen-Rohr und ziehen Sie die Armlehne komplett heraus.



Armlehne



Klappbare Armlehne

### BEDIENUNG

1. Höheneinstellung
2. Breiteneinstellung
  - Lösen Sie jeweils die Sterngriffschraube, um die Armlehne zu verstellen. Danach festdrehen.
4. Klappmechanismus.
- 5.

## EINSTELLEN DES SEITENKISSENS



Sie können das Seitenkissen in Höhe und Abstand zur Hüfte einstellen

Um die Höhe des Seitenkissens anzupassen, lösen Sie die Schraube (1) und positionieren Sie das Seitenkissen in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um das Seitenkissen zu fixieren.



Um den Abstand zwischen dem Seitenkissen und der Hüfte anzupassen, lösen Sie die Schraube (2) und positionieren Sie das Seitenkissen in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (2) an, um das Seitenkissen zu fixieren.



## EINSTELLEN DES ZENTRALEN FUßBRETTS

Sie können das Fußbrett in Höhe und Neigung einstellen und die Neigung der Beinstütze.

Um die Höhe des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Sterngriffschraube (1) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Sterngriffschraube (1) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Neigung des Fußbretts anzupassen, verstellen Sie die Inbusschraube (2). Je mehr Sie die Schraube rausdrehen, desto mehr neigt sich das Fußbrett.



Um die Neigung der Beinstütze anzupassen, lösen und entfernen Sie die Schraube (3) und positionieren Sie das Fußbrett in einer der vorgegebenen Positionen. Platzieren Sie den Abstandsring und die Schraube und ziehen Sie die Schraube (3) an, um die Beinstütze zu fixieren.

## SITZWINKELFUNKTION


Es gibt drei Mechanismen zur Sitzwinkel - einstellung: per Gasdruckfeder, per Drehspindel oder elektrisch. Die Drehspindel bedienen Sie von der Rückseite des Stuhls. Der Neigungsbereich kann mittels der Muttern eingestellt werden. Der

Bedienhebel für die Gasfeder ist unter dem Sitz (2) oder optional unter der Armlehne (3). Er wird bedient, indem Sie langsam hochziehen. Die elektrische Sitzwinkelverstellung wird standardmäßig mit dem Schalter (4) bedient.


### BEDIENUNG

1. Drehspindeleinstellung unter dem Sitz.
2. Bedienhebel der Gasdruckfeder unter dem Sitz.

3. Bedienhebel der Gasdruckfeder unter der Armlehne.
4. Elektrische Steuerung unter der Armlehne.



### SITZWINKELFUNKTION MIT 3 BEREICHEN (STANDARKONFIGURATION für HMV-Nr. 26.11.05.0040)



1. Armlehnen, die hier angebracht sind, bewegen sich zusammen mit der Sitzwinkel.
2. Armlehnen, die hier angebracht sind, bewegen sich NICHT zusammen mit der Sitzwinkel
3. Es gibt drei Positionen für die unterschiedlichen Neigungsbereiche.

- Pos. 1. 15° nach vorne, 8° nach hinten - Standardsitzneigung.  
 Pos. 2. 8° nach vorne, 15° nach hinten - aktive Sitzneigung.  
 Pos. 3. 0° nach vorne, 23° nach hinten - passive Sitzneigung.

ACHTUNG: Position 3 darf nur eingestellt werden in Kombination mit einer Rahmenverlängerung!

## EINSTELLEN DES KLEINEN ZENTRALEN FUßBRETTS (OPTIONAL)

Sie können das Fußbrett in Höhe und Neigung einstellen und die Neigung der Beinstütze.

Um die Höhe des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Sterngriffschraube (1) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Sterngriff-



Schraube (1) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Neigung des Fußbretts anzupassen, verstellen Sie die Inbusschraube unter dem Fußbrett (2). Je mehr Sie die Schraube rausdrehen, desto mehr neigt sich das Fußbrett.

Um die Neigung der Beinstütze anzupassen, lösen Sie die kleinere Inbusschrauben (3, an beiden Seiten) und positionieren Sie die Beinstütze in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schrauben (3, an beiden Seiten) an, um die Beinstütze zu fixieren.

## EINSTELLEN DER MEDIC BEIN- UND FUßSTÜTZE (OPTIONAL)

Sie können die Fußstütze in Höhe und Neigung einstellen und die Neigung der Beinstütze. Um die Höhe des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Inbusschraube (1) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Neigung des Fußbretts anzupassen, lösen Sie die Inbus-Schraube (2) und positionieren Sie das Fußbrett in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (2) an, um das Fußbrett zu fixieren.

Um die Neigung der Beinstütze anzupassen, lösen Sie die Inbusschraube (3) und



positionieren Sie die Beinstütze in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (3) an, um die Beinstütze zu fixieren.

## EINSTELLEN DER WADENSTÜTZE (OPTIONAL BEI DER MEDIC BEINSTÜTZE)

Sie können die Wadenstütze in Höhe und Winkel einstellen.

Um die Höhe und Winkel der Wadenstütze anzupassen, lösen Sie die Schraube (1) und positionieren Sie die Wadenstütze in der



gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um die Wadenstütze zu fixieren.

## EINSTELLEN DER KNIESTÜTZE (OPTIONAL BEI DER MEDIC BEINSTÜTZE)

Sie können die Kniestütze in Höhe und Winkel einstellen.

Um die Höhe der Kniestütze anzupassen, lösen Sie die Schraube (1) und positionieren Sie die Kniestütze in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um die Kniestütze zu fixieren.

Um der Winkel der Kniestütze anzupassen, lösen Sie die Schraube (2) und positionieren Sie die

Kniestütze in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (2) an, um die Kniestütze zu fixieren.

3 = Klappmechanismus: ziehen Sie (3) zum entriegeln und schwenken Sie die Kniestütze weg



## EINSTELLEN DER KOPFSTÜTZE (OPTIONAL)

Um die **Neigung** der Kopfstütze einzustellen, lösen Sie die Schraube (1) und positionieren Sie das Kopfstützenpolster in der gewünschten Position. Ziehen Sie die Schraube (1) an, um das Polster zu fixieren.

Um die **Tiefe** der Kopfstütze einzustellen, lösen Sie die Schraube (3) und drücken Sie das Kopfstützenpolster nach vorne oder ziehen Sie es nach hinten in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Schraube (3) an, um das Poster zu fixieren.

Um die Kopfstütze **seitlich** zu verstellen (nicht möglich bei Kopfstützen NS10, NS20 oder NS30), lösen Sie die Schraube (4) und schieben Sie die Kopfstütze in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Schraube (4) an, um das Poster zu fixieren.


Um die Kopfstütze **in der Höhe** zu verstellen, lösen Sie die Sterngriffschrauben (5) und schieben Sie die Kopfstütze hoch oder herunter in die gewünschte Position. Ziehen Sie die Sterngriffschrauben (5) an, um das Poster zu fixieren.



## SITZDREHUNG (OPTIONAL)

**ACHTUNG!!!!**

Stellen Sie sicher, dass der Drehungsmechanismus eingerastet ist, bevor Sie sich hinsetzen oder aufstehen. Die Sitzdrehung wird mit der Hebel (1) bedient.




## EINSTELLEN VON ARTHRODESE-SITZELEMENTEN (OPTIONAL)

Die Arthrodeese-Elemente können eingestellt werden.

Bei Stühlen ohne Sitzneigungseinstellung finden Sie die Bedienung unter der Vorderkante des Sitzes.

### BEDIENUNG


1. Lösen Sie die Sterngriffschraube (1), stellen Sie die gewünschte Neigung ein und ziehen Sie die Schraube wieder an.



Bei Stühlen mit Sitzneigungseinstellung finden Sie die Bedienung unter der Rückenlehne des Sitzes.

### BEDIENUNG

2. Drehen Sie die Drehspindel (2), um das betreffende Element zu verstellen.



## MONTIEREN UND EINSTELLEN VOM ABDUKTIONSKEIL (OPTIONAL)


### MONTIEREN

Montieren Sie die Halterung an der Vorderseite des Sitzrahmens und fixieren Sie sie mit den Schrauben (2) sowie die zwei Schrauben an der Vorderseite des Sitzrahmens.


Schieben Sie den Mechanismus (B) in die Halterung und ziehen Sie die Schrauben (3) an um ihn zu fixieren.

### EINSTELLEN

Schieben Sie den Abduktionskeil (C) in den Mechanismus. Schieben Sie den Keil auf die richtige Höhe und ziehen Sie die Schraube (4) an um ihn zu fixieren.



## MONTIEREN UND EINSTELLEN DER SEITENPELOTTE (OPTIONAL)



### MONTIEREN

Montieren Sie die Seitenpelotte, wie in der Abbildung dargestellt. (Die Abbildung ist von einer Seitenpelotte Standard links.)


Es sind 2 Positionen in der Tiefe möglich. Befestigen Sie das Polster durch die Schrauben (4) in den gewünschten vorgegebenen Löchern im Polster.

### EINSTELLEN

Stellen Sie die Höhe und Breite des Seitenpelottenhalterung in eine mittlere Position bevor Sie es am Rückenpolster befestigen. Testen Sie verschiedene Positionen um die richtige zu finden und befestigen Sie den Mechanismus dann mit den Holzschrauben (3).

Die Höhe und Breite der Seitenpelotte können Sie mit Hilfe von Schraube (1) und (2) anpassen.

## MONTIEREN UND EINSTELLEN DES HÜFTGURTS (OPTIONAL)



### MONTIEREN

Montieren Sie die Klammern (2) auf beiden Seiten in den vorgebohrten Löchern in den hinteren Ecken der Unterseite des Sitzpolsters. Befestigen Sie den Hüftgurt (1) an den Klammern (2).

### EINSTELLEN

Passen Sie den Hüftgurt auf die gewünschte Länge an. Nutzen Sie dafür erst das Klett und dann die Clips.

## MONTIEREN UND EINSTELLEN DES BRUSTGURTS (OPTIONAL)

### MONTIEREN


Montieren Sie die beide oberen und unteren Gurte mit den beigelieferten Klammern. Befestigen Sie den Brustgurt an den Klammern.

### EINSTELLEN

Passen Sie den Brustgurt auf die gewünschte Länge an.

### ÖFFNEN UND SCHLIEßEN

Nutzen Sie dafür die Clips (1)



## MONTIEREN UND EINSTELLEN DER FLEXIBLEN SITZHOSE (OPTIONAL)


### MONTIEREN

Montieren Sie die 2 großen Clips, passend und mittig verteilt unter dem hinteren Bereich des Sitzes.

ACHTUNG: Bitte bohren Sie sich die 2 Großen Clips erst vor damit sie verschraubt werden können.

Nach der Montage unterhalb der hintere Sitzpolsterung , fädeln Sie die dafür vorgesehenen Gurte in den Schlaufen ein und sichern diese mit der Klemmvorrichtung.

Jetzt schrauben Sie bitte die 2 kleinen Clips unterhalb der hinteren Sitzpolsterung, etwas seitlich. Achten Sie bitte darauf das genügend Spielraum übrig bleibt um die dazugehörigen Gurte anatomisch um die Oberschenkel anpassen zu können.



### EINSTELLEN

Die Anpassung erfolgt über das Nachziehen der 4 Gurte durch die befestigten Schlaufen an den Clips Vorrichtungen!

### ÖFFNEN UND SCHLIEßEN

Nutzen Sie dafür die Clips (1)


## MONTIEREN UND EINSTELLEN DES TISCHES (OPTIONAL)

Montieren Sie den Tisch gemäß Bild A und B auf der linken herausgenommenen Armlehne. Montieren Sie die Armlehne wieder auf dem Stuhl und stellen Sie die richtige Höhe ein.

Stellen Sie den Mechanismus (1) auf die gewünschte Höhe ein und schrauben Sie die Schraube fest. Stellen Sie sicher, dass sich alle anderen Regler frei bewegen lassen.

Der Tisch ist auf der richtigen Höhe eingestellt, damit der Nutzer auf der Tischoberfläche arbeiten kann, ohne die Schultern heben zu müssen.

Platzieren Sie den Tisch in der Mitte und ziehen Sie dann Schraube (3) an. Stellen Sie die Tiefe des Tisches ein und ziehen Sie dann Schraube (2) an.



Den Tisch kann weggeklappt oder entfernt werden, in dem die Schraube (2) gelöst wird.