



## Begränsningar inom CE-märkning gällande Tredje parts dynor

För att använda tredje parts sittdynor med bibehållen CE-märkning på Produktserie REAL 9000 PLUS, REAL 9200 Twin, REAL 6100 PLUS och REAL 6100 PLUS LiNX från Mercado Medic AB gäller nedan angivna restriktioner och begränsningar.

- Yttermått på REAL 9000 och REAL 6100 bredd Max 48 cm, djup Max 53 cm och även höjd max 12 cm. Yttermått på REAL 9200 max 72x50.
- Stoppade detaljer ska uppfylla gällande antändlighetskrav och miljökrav.
- Endast träplattor och Träplattor med antiglid från Mercado Medic AB får användas som underlagsyta.
- Det går att beställa bredare Träplattor upp till och med 55 cm bredd från Mercado Medic som Unik Artikel vilket då medger bibehållen CE-märkning.
- Produkter kräver kardborre (Velcro) säkring mellan träplatta och sittdyna. Detta monteras enligt dynleverantörens anvisning.

Uppfylls dessa kriterier kan CE-märkningen bibehållas på produkten och kommer att kunna återställas till originalskick utan krav på godkännande av Mercado Medic. Dock har produkten fortfarande en förväntad livslängd på max 10 år och kräver därefter en översyn enligt kapitel 6.3 i bruksanvisning för ovan nämnde produkter.

### Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta vår produktchef Ronny Fogelqvist.

Kontaktuppgifter: +46 708 27 96 14 E-post: [ronny.fogelqvist@mercado.se](mailto:ronny.fogelqvist@mercado.se)