



Begränsningar inom CE-märkning gällande Tredje parts benstöd/amputationsstöd

För att använda tredje parts benstöd med bibehållen CE-märkning på produktserie REAL 9000 PLUS, REAL 9100 PLUS, REAL 9200 Twin, REAL 9300 PLUS, REAL 9400 PLUS, REAL 9500 PLUS, REAL 9600 PLUS, REAL 6100 PLUS och REAL 6100 PLUS LiNX från Mercado Medic AB gäller nedan angivna restriktioner och begränsningar.

- Infästning för tredje parts benstöd och amputationsstöd, skall passa i Mercado Medic originalinfästning för benstöd på REAL-stolarna. Alternativt i en adapter tillverkad av Mercado Medic, krävs någon typ av mellanadapter som inte finns idag kan den beställas via Mercado Custom request.
- Manuella benstöd får monteras på produktserie REAL 9000 PLUS, REAL 9100 PLUS, REAL 9200 Twin, REAL 9300 PLUS, REAL 9400 PLUS, REAL 9500 PLUS, REAL 9600 PLUS, REAL 6100 PLUS och REAL 6100 PLUS LiNX
- Vid behov av elektriska benstöd från tredje part på elrullstol REAL 6100 PLUS, REAL 6100 PLUS LiNX, förutom dem som marknadsförs direkt av Mercado Medic, kan detta beställas via Mercado Custom Request. Kontakta din lokala Mercadorepresentant.

Uppfylls dessa kriterier kan CE-märkningen bibehållas på produkten och kommer att kunna återställas till originalskick utan krav på godkännande av Mercado Medic. Dock har produkten fortfarande en förväntad livslängd på max 10 år och kräver därefter en översyn enligt bruksanvisning för ovan nämnde produkter.

Mercado Medic AB
Box1074
SE-181 22 Lidingö

Ort och Datum

Namnsteckning

Namnförtydligande